
Pionizator Coco

Dane techniczne



Lp.	Nazwa wymiaru	Symbol	rozmiar		
			1	2	3
1	Szerokość ramy	BW	66 cm	66 cm	66 cm
2	Długość ramy	BL	82 cm	82 cm	82 cm
3	Wysokość platformy	BH	93 cm	93 cm	93 cm
4	Kąt pionizacji	BA	90° ÷ -15°	90° ÷ -15°	90° ÷ -15°
5	Kąt odwodzenia	LA	0° ÷ 30°	0° ÷ 30°	0° ÷ 30°
6	Wysokość wsparcia bazowego	BSH	30 cm	38 cm	43,5 cm
7	Szerokość wsparcia bazowego	BSW	28 cm	32,5 cm	38 cm
8	Wysokość peloty tułowia	PTH	11 cm	11 cm	11 cm
9	Szerokość peloty tułowia	PTW	17 cm	22 cm	27 cm
10	Wysokość wydłużenia peloty tułowia	APH	11 cm	11 cm	11 cm
11	Szerokość wydłużenia peloty tułowia	APW	22 cm	27 cm	31,5 cm
12	Wysokość peloty biodrowej	PHH	13 cm	13 cm	13 cm
13	Szerokość peloty biodrowej	PHW	13 cm	18 cm	18 cm
14	Maksymalna waga pacjenta		60 kg	60 kg	60 kg
15	Waga urządzenia		38,5 kg	39 kg	40 kg
16	Wydłużenie peloty tułowia montaż max 2 szt.				