NONO MINI™
NONO MAXI™

SIEDZISKO KĄPIELOWE

CE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

REH4MAT®

MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

Wytwórca ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w przypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy **Akces-MED Sp. z o.o**. lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.


Akces-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

MD

Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.

CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI
DNV·GL
ISO 13485

Firma **Akces-MED Sp. z o.o**. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu. System certyfikowany przez Det Norske Veritas.



SPIS TREŚCI

1. Przeznaczenie instrukcji.....5
2. Wskazania do stosowania wyrobu.....5
3. Ogólna budowa siedziska kąpielowego NONO™.....6
3.1. Wyposażenie standardowe.....6
4. Tabela wymiarowa.....7
5. Szczegółowy opis nakładania tapicerki na fotelik.....8
6. Regulacja siedziska kąpielowego NONO™.....11
7. Użytkowanie wyrobu.....13
8. Zasady i bezpieczeństwa.....14
9. Konserwacja i czyszczenie.....16

WSTĘP

Dziecięce siedzisko kąpielowe NONO™ umożliwia pielęgnację dziecka, zapewniając jednocześnie właściwy poziom stabilizacji.

Dzięki swojej prostej konstrukcji, wyrób jest bardzo pomocny podczas kąpieli, z łatwością zmieści się do standardowej wanny, a także pozwala na optymalne dopasowanie go do potrzeb każdego dziecka.

Dzięki bezpiecznej i komfortowej pozycji podczas zabiegów higienicznych, dziecko dużo łatwiej znosi kąpiel.

Lekka, aluminiowa konstrukcja oraz siatkowa tapicerka są obojętne na szkodliwe działanie wody. We wszystkich naszych produktach kąpielowych rurki wypełnione są pianką poliuretanową, co zapobiega dostawaniu się do nich wody. Po wyjęciu produktu z wanny lub prysznica woda nie wycieka z rurek i nie zalewa podłogi.

Siedzisko pozwala na optymalne dopasowanie go do potrzeb chorego dziecka w pozycji (siedzącej lub leżącej), dzięki regulacji kąta nachylenia oparcia.

Oferowany w rozmiarze **MINI i MAXI.**

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi. Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

1 PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania siedziska kąpielowego **NONO™**, przygotowania urządzenia do pracy, sposobu konserwacji i czyszczenia.

Podręcznik ten należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Instrukcja przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących urządzenie.



UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania siedziska **NONO™** użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

2 WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Grupa docelowa: Osoby niepełnosprawne (dzieci/młodzież) z mózgowym porażeniem dziecięcym, dystrofią mięśniową, rozszczepem kręgosłupa, uszkodzeniami rdzenia kręgowego oraz deficytami neurologicznymi.

Wskazania do stosowania:

- mózgowe porażenie dziecięce (MPD).
- Dystrofia mięśniowa
- Rozszczep kręgosłupa
- Inne choroby o podłożu neurologicznym występujące z deficytami ruchowymi w postaci porażeń i niedowładów kończyn i/lub tułowia.

Przeciwwskazania do stosowania:

- Nieprawidłowe ułożenie osoby przy pomocy wyrobów kąpielowych, może prowadzić do deformacji w obrębie stawów, a długotrwałe utrzymywanie osoby w jednej pozycji znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odleżyn.
- Max. waga użytkownika: rozmiar mini do 60 kg, rozmiar maxi do 75 kg.

3 OGÓLNA BUDOWA SIEDZISKA KĄPIELOWEGO

3.1 Wyposażenie standardowe

1. Stelaż
2. Pas stabilizujący tułów
3. Niezamakająca tapicerka



4 TABELA ROZMIAROWA






Symbol	Pomiar	Jednostka	Mini	Maxi
A	Szerokość	[cm]	37,5	37,5
B	Głębokość siedziska	[cm]	30	30
C1	Wysokość oparcia	[cm]	45	58
	Max. waga użytkownika	[kg]	60	75

	Wymiary i waga sprzętu		Mini	Maxi
	Szerokość	[cm]	40	40
	Szerokość po złożeniu	[cm]	40	40
	Długość	[cm]	65	65
	Długość po złożeniu	[cm]	73	84
	Wysokość	[cm]	49	59
	Wysokość po złożeniu	[cm]	14	14
	Waga	[kg]	2	2,5

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

5 SZCZEGÓŁOWY OPIS NAKŁADANIA TAPICERKI NA FOTELIK

5.1 Elementy składowe



1 Stelaż fotelika kąpielowego x 1 szt.

2 Rama podnóżka


3 Rama oparcia

4 Przeguby

5 Stabilizator tułowia x 1 szt.

6 Tapicerka x 1 szt.

Aby móc założyć tapicerkę na stelaż, w pierwszej kolejności należy :
- wcisnąć przeguby (G) jednocześnie ustawić odpowiedni kąt miedzy oparciem, a siedziskiem (zgodnie z fot.1)



fot.1

- górną część tapicerki wsunąć na ramę siedziska (fot. 2, 3)

- dolną część tapicerki wsunąć na ramę siedziska (fot.4)


fot.2


fot.3


fot.4

- wszystkie pasy z rzepami zapiąć od spodu siedziska (fot. 5-7). Należy pamiętać o tym, aby pasy obejmowały ramę siedziska.


fot.5


fot.6


fot.7

- siedzisko z nałożoną tapicerką ustawić do pozycji użytkowej (fot.8)

Aby zamontować stabilizator tułowia należy:

- dobrać odpowiednią wysokość stabilizatora na oparciu siedziska,
- następnie za pomocą pasków z rzepami zapiąć stabilizator z przodu siedziska (fot.9, 10).



fot.8




fot.9



fot.10

6 OPIS OBSŁUGI SIEDZISKA KĄPIELOWEGO

6.1. Istnieje możliwość regulacji kąta pochylenia oparcia. W tym celu należy nacisnąć przyciski na przegubach z obydwu stron a następnie ustawić oparcie w żądanej pozycji. Po regulacji należy upewnić się, czy oparcie jest zablokowane!





6.2. Dla łatwiejszego transportu należy złożyć oparcie siedziska tak jak przedstawiono to na zdjęciu.





6.3. Regulacja tapicerki odbywa się za pomocą dwóch pasów zapinanych na rzepy z tyłu oparcia wyrobu (A) oraz dwóch znajdujących się pod siedziskiem wyrobu (B).



7 UŻYTKOWANIE WYROBU



UWAGA! Siedzisko **NONO™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, tylko w obecności osoby przeszkolonej. Przed każdym użyciem należy przygotować pacjenta i urządzenie!

Aby przystąpić do prawidłowej eksploatacji należy:

- Rozłożyć urządzenie;
- Ustawić urządzenie na równej powierzchni bez pochyłości, umożliwiając dobry dostęp do niego;
- Upewnić się, że wszystkie części są sprawne, należycie zamocowane i stabilne;
- Dopasować siedzisko do wymiarów pacjenta;
- Odpiąć pas stabilizujący tułów;
- Umieścić pacjenta w siedzisku i zabezpieczyć pasami będącymi częścią wyposażenia standardowego siedziska.

Sprzęt jedynie wtedy będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję, jeżeli będzie dostosowany do wzrostu i ciężaru ciała pacjenta, na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie urządzenia. Główną zasadą przy dopasowywaniu siedziska jest zapewnienie pacjentowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać pozycji ciała dziecka, gdyż może to powodować dyskomfort i doprowadzić do powstania złej postawy użytkownika.



UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania siedziska należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte !

8 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA! Siedzisko **NONO™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, tylko w obecności osoby przeszkolonej. Przed każdym użyciem należy przygotować pacjenta i urządzenie!

Przed decyzja zakupu siedziska kąpielowego **NONO™** należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub rehabilitanta o prawidłowym doborze siedziska oraz jego rozmiarze. Przed rozpoczęciem użytkowania siedziska należy zapoznać się z wszystkimi wskazówkami w załączonej instrukcji.

1. Przed każdorazowym użyciem siedziska należy:

- sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać pacjentowi podczas eksploatacji siedziska. Należy upewnić się, czy wszystkie części są sprawne i należycie zamontowane, a urządzenie nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji;
- sprawdzić czy nie poluzowały się śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.;
- sprawdzić prawidłowość działania sprzączek;
- zawsze używać pasów stabilizujących, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm;
- dopasować urządzenie do wymiarów i potrzeb pacjenta;
- zabezpieczyć pacjenta za pomocą pasa stabilizującego tułów. Ma to na celu zabezpieczenie pacjenta m.in. przed wypadnięciem, wysunięciem się z urządzenia.

2. Zabrania się użytkowania siedziska w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.
3. Zabrania się użytkowania siedziska jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiejkolwiek jego części.
4. Zabrania się pozostawiania pacjenta w siedzisku bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
5. Nie należy używać siedziska jeżeli nie ma w pobliżu przeszkolonego opiekuna lub personelu medycznego.

6. Przed transportem siedzisko należy złożyć i dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu podczas transportu.
7. Podczas użytkowania należy unikać zbliżania się do źródeł ognia czy źródeł wysokiej temperatury. Siedzisko nie powinno być również przechowywane i użytkowane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
8. Przed użyciem wyrobu należy usunąć wszystkie opakowania papierowe i foliowe. Opakowanie nie jest zabawką! Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.



Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie wyrobu, wyjąć użytkownika z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego lub fizjoterapeutę w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania.

Nie należy dokonywać regulacji w chwili, gdy siedzisko jest zamoczone.

Nie należy dokonywać regulacji w trakcie, gdy na wyrobie znajduje się użytkownik, ponieważ takie działanie może uszkodzić regulatory.

Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne dla pacjenta i powoduje utratę gwarancji.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń!

Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczanej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli pomiarowej na stronie 7 instrukcji.

Wyrób należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.

9 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Siedzisko kąpielowe **NONO™** powinno być utrzymane w należytej czystości i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie urządzenia muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja siedziska kąpielowego NONO™ są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Aby Państwa siedzisko zachowało odpowiednią estetykę należy zapewnić mu właściwą konserwację. W tym celu należy stosować się do poniższych wskazówek:

- Tapicerka jest demontowalna i może być prana w pralkach automatycznych w temperaturze nie przekraczającej 60 stopni C;
- Nie wolno czyścić tapicerki rozpuszczalnikami i środkami żrącymi;
- Dezynfekcji tapicerki można dokonywać ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego celu;
- Nie chlorować;
- Nie prasować;
- Suszyć z daleka od źródeł ciepła

UWAGA! Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących producent nie ponosi odpowiedzialności.

UWAGA! Producent odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe przy prawidłowej eksploatacji wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie siedziskoa spoczywa na producencie.

UWAGA! W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą u którego zakupiono produkt.



PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Przed każdym użyciem.	Stan ogólny wyrobu.	**Sprawdzić:** • cały wyrób pod kątem widocznych wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad mechanicznych, • czy wyrób jest kompletny, • czy wszystkie śruby, wkręty, pokrętła, nakrętki i inne elementy konstrukcji wyrobu są kompletne i dokręcone.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Mocowania elementów konstrukcyjnych.	**Skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, w szczególności sprawdzić:** • poprawność montażu i działania elementów zabezpieczających użytkownika (jeśli dotyczy), • czy wszystkie części ruchome są kompletne, czy poruszają się w pełnym zakresie, nie zacinają się, • poprawność działania mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy) elementów	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Elementy tapicerskie.	**Sprawdzić:** • elementy tapicerskie pod kątem wszelkich uszkodzeń, naderwań, pęknięć, poluzowania szwów, deformacji, • czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki, pasy zabezpieczające nie są postrzępione, skręcone, a sprzączki i klamry działają prawidłowo, • czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki pasy zabezpieczające są poprawnie zamontowane i nie rozpinają się pod wpływem nacisku/pociągnięcia.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na tydzień.	Czyszczenie wyrobu.	Przetrzeć konstrukcję oraz tapicerkę wyrobu z zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania (z kurzu, błota lub innych) za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie dostępnego środka czyszczącego . Usunąć zanieczyszczenia (np. włosy, resztki pokarmu, itp.) z ruchomych elementów wyrobu.	Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych środków czyszczących na bazie chloru lub spirytusu metylowego. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu tapicerka musi być sucha.
Raz w miesiącu.	Połączenia konstrukcji wyrobu (spawane, gwintowane, lutowane).	**Sprawdzić:** • stan ramy wyrobu w miejscach łączenia (spawy, gwinty, lutowania).	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Raz na 6 miesięcy.	Ruchome elementy konstrukcji.	**Sprawdzić:** • ruchome elementy konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konserwować je przy użyciu dedykowanego środka.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Oznakowanie wyrobu.	**Sprawdzić:** • oznaczenia i etykietę wyrobu pod kątem ich czytelności.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

11 OZNAKOWANIE

Poświadczenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE

Numer katalogowy

Numer seryjny

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi

Uwaga!

Wytwórca

Data produkcji

Wyrób nie zawiera lateksu

Przechowywać w suchym miejscu

Wyrób medyczny

Suszyć pionowo

Nie chlorować

Nie prasować

Nie suszyć w suszarce bębnowej

Nie wybielać

Nie chlorować

Ostrożnie, delikatna zawartość

Chronić przed promieniami słonecznymi

Ograniczenie temperatury przechowywania

Wilgotność względna przechowywania

MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

WYTWÓRCA WYROBÓW MEDYCZNYCH

REH4MAT

36-060 Głogów Małopolski, ul. Piaski 47, POLAND

Adres korespondencyjny/Mailing address:
ul. Truskawkowa 17, Widna Góra, 37-500 Jarosław, POLAND
tel. +48 (016) 621 42 20
tel. +48 (016) 621 41 35, fax.: +48 (016) 621 42 13

E-mail address/Adres mailowy:
biuro@reh4mat.com
www.reh4mat.com; www.probraces.com

Data wydania: 24.04.2015 **Data ostatniej aktualizacji:** 17.05.2022



REH4MAT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.